



编号: 0035-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东心传矿山机电设备有限公司					审核员	王爱国	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	游标卡尺	A0-23	0-150mm	U=0.01mm, k=2	量块 4等千分尺	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	游标卡尺	A0-9	0-300mm	U=0.01mm, k=2	量块 4等千分尺	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	内径百分表	00-30	100-250mm	U=5μm, k=2	光栅式指示表 检定仪 U=0.3μm	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	外径千分尺	B0-39	125-150mm	U=1.6μm, k=2	量块 4等平面平晶	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	电磁流量计	1130288	LDTH-50B 20477JYF4 0110	U _{rel} =1.5%, k=2	流量标准装置 DCV:U _{rel} =0.0004% ACV: U _{rel} =0.007%	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	绝缘电阻表	1011572	ZC25-4	电压: U _{rel} =0.2% 电阻: U _{rel} =3.2%, k=2	数字高压表 DCV:U _{rel} =0.16% ACV: U _{rel} =0.33% 兆欧表标准电阻器 U _{rel} =0.15%	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	涡街流量计	1001221	JY-LUGB	U _{rel} =1.5%, k=2	流量标准装置	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	压力表	93718	0-6MPa	1.6级	压力表校验仪	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√
质量部	粗糙度对比样	0027	Ra (0.025~6)	U=0.20μm (K=2)	表面粗糙度比较样块	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√




	块		.3) μm		Urel=5.8%			
质量部	邵氏硬度计	07043	XHS-A	硬度值: U=0.55HA, k=2 尺寸: U=0.01mm, k=2	标准硬度块	深圳华科计量检测技术有限公司	2020年3月23日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

已制定《测量设备的计量确认管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》和《测量不确定度管理控制程序》, 公司测量设备全部送外校准/检定。校准/检定机构按《外部供方控制程序》管理, 校准/检定证书由质量部保存, 抽 10 份, 符合公司对溯源性管理的要求。

审核日期: 2020年3月26日~3月26日

审核员签字: 

部门代表签字: 