



编号: 0285-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	沪航科技集团(上海)管业有限公司					审核员	汪宁艺	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
生技部(车间)	外径千分尺	Q804	(75-100) mm	$U=1 \mu m, k=2$	3 等量块	上海欣苑检测科技有限公司	2020.11.10	√
生技部(车间)	耐震压力表	20-031 9457	(0-6) MPa	1.6 级	0.4 级精密压力表	上海市金山区计量质量检测所	2020.09.09	√
生技部(车间)	游标卡尺	A2143 6	(0-300) mm	$U=0.01mm, k=2$	4 等量块	上海欣苑检测科技有限公司	2020.11.10	√
生技部(车间)	内测千分尺	3692	(50-75) mm	$U=3 \mu m, k=2$	3 等量块	上海欣苑检测科技有限公司	2020.11.10	√
生技部(车间)	屏显冲击试验机	7803	JBW-300B	$U_{rel}=2.0\%, k=2$	标准冲击样品 127.8J $U_{rel}=1.6\%, k=2$	上海欣苑检测科技有限公司	2020.11.10	√
生技部(车间)	里氏硬度计	A1268 01190	HS141	$U=6HL, k=2$	标准里氏硬度块 547HLD $U=5HLD, k=2$ 786HLD $U=5HLD, k=2$	上海欣苑检测科技有限公司	2020.11.11	√
审核综合意见:								
抽查该公司所有测量设备均送至上海市金山区计量质量检测所、上海欣苑检测科技有限公司检定/校准。经查 6 份检定/校准证书, 填写基本规范, 无遗漏, 授权人签章有效, 符合要求。量值均可溯源至上一级计量标准, 符合对溯源性管理的要求。								
审核日期: 2020 年 11 月 21 日上午~11 月 22 日上午								
审核员签字: 汪宁艺			部门代表签字: 汪万石					