



机械工业第二十八计量测试中心站(成都)

The 28th Measurement Center of Mechanical Industry(Chengdu)

校准证书

证书编号: 校字第 20202090137 号

委 托 单 位	成都远谊办公设备有限公司
地 址	四川
样 品 名 称	压力表
型 号 / 规 格	(0~1.6) MPa
出 厂 编 号	7725
制 造 厂 / 商	红旗



批准人

邢 军

核验员

陈 忠

校准员

黄 震

证书/报告骑

样品收样日期 2020 年 09 月 25 日

校 准 日 期 2020 年 09 月 25 日



地址: 四川省成都市成华区东三环路二段龙潭工业区航天路24号

Add: No.24, Hangtian Road, Longtan Industrial Park, Section 2, Dongsanhuan Road, Chenghua, Chengdu, Sichuan, China

电话/Telephone: 028-84216276

网址/Web: www.cdsfe.com

邮箱/E-mail: JL028@cdsfe.com

传真/Fax: 028-84216690

邮编/Post Code: 610052

机械工业联合会资质认定

认定证书号：机量[2018] 28 号

本次校准所依据的技术文件（代号、名称）：

JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》

本次校准所使用的主要计量标准：

名 称	编 号	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号	有效期至
精密数字压力表（数字压力计）	70015619 1098	(0~6) MPa	0.05 级	RB20H-AD000641	2021-3-18

溯源性：本次测试使用的计量标准均可溯源到中国国家计量基准

校准环境条件：

地 点：计量工程中心

环境温度：20.4 ℃； 相对湿度：56.0 %； 其它：/

校 准 数 据/结 果

标准压力值 (MPa)	被检表轻敲后的示值 (MPa)		轻敲指针变动量 (MPa)		最大示值误差 (MPa)	最大回程误差 (MPa)
	升压	降压	升压	降压		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.4	0.40	0.38	0.00	0.00	-0.02	0.02
0.8	0.79	0.79	0.00	0.00	-0.01	0.00
1.2	1.20	1.18	0.00	0.00	-0.08	0.02
1.6	1.58	1.59	0.00	0.00	-0.02	0.01

测量结果的不确定度：

$$U_{rel}=0.6\% \quad (k=2)$$

限制使用范围及条件：/

建议复校间隔时间为 6 个月。

以 下 空 白

注：1. 本校准结论仅对受检器具的本次校准有效。

2. 未经本站许可，不得部分复制本证书。

3. 本证书封面未加盖校准专用章无效。