



编号: 0279-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		深德彩科技(深圳)股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
平台研究院	电子负载	S575086	CH8712A	电压: $\pm 0.075\%$ 电流: $\pm 0.2\%$	多功能校准仪: DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.03\%$ DCI: $\pm 0.01\%$ ACI: $\pm 0.09\%$ R: $\pm 0.09\%$ f: $\pm 25\text{ppm}$ 高精度交流电流表: DCI: $\pm 0.02\%$ ACI: $\pm 0.05\%$	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√
平台研究院	带表卡尺	07.0427	(0~300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$	数显千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$ 量块: 四等 刀口形直尺: 0 级	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√
平台研究院	恒温预热平台	DI-SHB-051-YF	CM198	MPE: $\pm 3.0^\circ\text{C}$	温度校验仪: MPE: Measure $\pm 0.3^\circ\text{C}$ SourceTC ± 0.3 RTD $\pm 0.1^\circ\text{C}$	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√
平台研究院	数字钳形表	C150413348	UT203	2.0 级	多功能校准仪: DCV: $\pm 0.005\%$ ACV: $\pm 0.03\%$ DCI: $\pm 0.01\%$ ACI: $\pm 0.09\%$ R: $\pm 0.09\%$ f: $\pm 25\text{ppm}$ 钳型表校准线圈: $U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√
平台研究院	带表卡尺	17569442	(0~300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$	数显千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$ 量块: 四等 刀口形直尺: 0 级	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√
平台研究院	带表卡尺	18502813	(0~300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$	数显千分尺 MPE: $\pm 2\mu\text{m}$ 量块: 四等 刀口形直尺: 0 级	深圳中恒检测技术有限公司	2020.12.16	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由平台研究院送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由实验室保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 12 月 24-25 日

审核员签字:

部门代表签字: