



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告（06 版）

编 号: 0279-2020

不符合项报告

企业名称: 深德彩科技(深圳)股份有限公司 不符合报告编号: 2020122501

企业下属部门: 平台研究院 陪同人员: 宋春媚

不符合事实描述:

抽查五楼研发检测室内发现停用设备 DC 电源 (RPS300SD-2) 粘贴停用标识但未标明停用时间。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.3.3 不合格测量设备

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ✓;

审核员(签名) 宋春媚 陪同人员(签名) _____

企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.25

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名: 日期: