



编号: 0288-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	山东海临实业有限责任公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	K15G2930 35	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	通用量块: 3等	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020.02. 28	√
质检部	绝缘电阻表	15090625	ZC-7	$\pm 50\text{M}\Omega$ $U=2.3 \times 10^{-2}, k=2$	可调式高阻箱: $U=\pm 2\%, k=2$	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020.02. 28	√
质检部	千分尺	170922389	(0-25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=1\mu\text{m}, k=2$	千分尺量块: 3等	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020.02. 28	√
质检部	绝缘电阻表	15090012	ZC-7	$\pm 50\text{M}\Omega$ $U=2.3 \times 10^{-2}, k=2$	可调式高阻箱: $U=\pm 2\%, k=2$	中国航发南方工业有限公司计量实验室	2020.02. 28	√
审核综合意见: 抽查《测量设备台账》中4台测量设备的校准证书, 其校准结果的量值溯源符合要求。								
审核日期: 2020年12月25日上午—2020年12月25日下午								
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 								