



附件:

## 自校准项目的计量确认检查表

部门: 计量室

| 所建自校准项目名称             |      | 测量范围             | 不确定度/准确度等级/最大允许误差                     |                           |                   | 计量标准考核证书号       |                       |
|-----------------------|------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 外径千分尺                 |      | (5.12-100)<br>mm | 0.01mm                                |                           |                   | /               |                       |
| 标准设备<br>名称            | 型号规格 | 编号               | 测量范围                                  | 不确定度/准<br>确度等级/最<br>大允许误差 | 检 定 /<br>校准周<br>期 | 检 定 / 校<br>准有效期 | 检 定 / 校准<br>证书号       |
| 量块                    | /    | 25718            | (5.12-100)<br>mm                      | 4 等                       | 12 个月             | 2019.12.2       | C14-2018120<br>301001 |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
| 开展检自校准测量设<br>备名称或参数名称 |      | 测量范围             | 计量要求:<br>不确定度/准确度等级/最大允<br>许误差/校准测量能力 |                           |                   | 依据文件名称及编号       |                       |
| 外径千分尺                 |      | (0-100) mm       | ±4 μm                                 |                           |                   | JJF-1088-2015   |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |
|                       |      |                  |                                       |                           |                   |                 |                       |



考核记录: (检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、  
证书报告, 进行评价, 说明理由, 提供证据)

自校规范: JJG 21-2008 和 JJF 1008-2015  
按照自校性规范相应项目进行. 校准量块均进行  
溯源 (见附件). 校准人员为姚贞. 潘娜.  
校准人员证书: 姚贞 SMS-21488-2019. 项目三件  
潘娜 SMS-21489-2019. ...  
原始记录: 符合.  
设备管理: 现场标识齐全.  
校准环境: 实验室环境检测控制用温湿度计  
设备计量确认合格.  
温湿度计编号 SLTB-01. 2019.6.21~2020.6.20

审核结论: ☒ 合格 ☐ 有缺陷 ☐ 不合格

注: 在选项上打√, 只选一项。

审核日期 2019 年 10 月 19 日 审核员: 郭科

部门代表签字:

侯立新



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L5803

证书编号 C14-2018120301001  
Certificate No.

SHANG HAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO., LTD.

# 上海恒河计量校准有限公司

## 校准证书

### CALIBRATION CERTIFICATE

委托者

Customer

上海连成（集团）有限公司

委托方地址

Address of customer

上海市嘉定区江桥镇曹安公路 3616-3618 号

器具名称

Name of instrument

量块

制造厂

Manufacturer

成量

型号/规格

Model/Specification

(5.12~100) mm/20 块组

器具编号

No. of instrument

25187

器具准确度

Instrument accuracy

4 等



证书批准人

Approved by

张健锋

核验员

Checked by

纪树强

校准员

Calibrated by

陈

校准日期

Date for calibrated

2018

年  
Year

12

月  
Month

03

日  
Day

投诉电话: 021-59929758

Tel. for complaint

地址: 上海市嘉定区天祝路818号702室

Address

电话: 021-59970995

Tel.

传真: 021-59929758

Fax.

邮编: 201821

Post Code

邮箱: henghejiliang@163.com

E-mail

未经本公司批准, 部分采用本证书/报告内容无效

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by HH

第 1 页 共 3 页  
Page of total pages



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L5749

SHANG HAI XI BEI METROLOGY AND CALIBRATION TECHNOLOGY CO.,LTD

证书编号: C10-2018L04C35500  
Certificate No.

# 上海希贝计量校准技术有限公司

## 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委 托 者 上海连成（集团）有限公司  
Customer  
委托者地址 江桥镇曹安公路 3616-3618 号  
Address of customer  
器 具 名 称 量块  
Name of instrument  
制 造 厂 成量  
Manufacturer  
型号/规格 (125~500) mm  
Model/Specification  
编 号 20571  
No. of instrument  
器具准确度 5 等  
Instrument accuracy



证书批准人  
Approved by

朱中亭

职 务 总经理  
Functions

校 准 员  
Calibrated by

朱中亭

核 验 员  
Checked by

信 华

接收日期 2018 年 11 月 09 日  
Date for received year month day

校准日期 2018 年 11 月 09 日  
Date for calibrated year month day

投诉电话: 021-39152321  
Tel. for complaint

地址: 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄14号301  
Address No.1661 Jialuo Road. Jiading. Shanghai

电话: 021-39152321  
Tel.

传真: 021-39523010  
Fax.

邮编: 201800  
Post Code

未经本公司批准, 部分采用本证书/报告内容无效  
Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by XB