



测量设备溯源抽查表

编号: 0016-2017-2019

| 测量设备名称  | 管 理<br>类 别 | 设备编号         | 准确度<br>等级         | 确认<br>间隔 | 溯源性检查        |            |               | 过程计量<br>要求     | 验证结果 | 状态<br>标识 | 测量<br>环境 |
|---------|------------|--------------|-------------------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|------|----------|----------|
|         |            |              |                   |          | 校准/检定机构      | 校准/检定日期    | 校准/检定结果       |                |      |          |          |
| 直读光谱仪   | B          | 1440         | C:<br>0.053       | 12个月     | 恒河计量校<br>核公司 | 2018.12.28 | 0.054         | C: 0.053       | 合格   | ✓        | ✓        |
| 电子天平    | B          | 115472       | Ⅳ级                | 12个月     | "            | 2019.10.14 | -0.10         | Ⅳ级             | 合格   | ✓        | ✓        |
| 电子天平    | B          | 0609116      | HLD<br>521<br>787 | 12个月     | "            | 2019.10.14 | 2(HLD)/3(HLD) | HLD<br>521/787 | 合格   | ✓        | ✓        |
| 电子秤(地磅) | A          | SLFA-100t-01 | ±0.5e             | 12个月     | 嘉源计量所        | 2019.1.28  | -0.2e         | ±0.5e          | 合格   | ✓        | ✓        |
| 压力表(强检) | A          | 2019/13115   | 1.6级              | 6个月      | "            | 2019.8.13  | 1.6级          | 1.6级           | 合格   | ✓        | ✓        |
| 数显仪测力计  | A          | 213          | 1级                | 12个月     | 恒河计量校<br>核公司 | 2018.11.21 | 1级            | 1级<br>213      | 合格   | ✓        | ✓        |
| 刀口尺     | A          | 52594        | 1mm               | 12个月     | "            | 2018.12.03 | 0.8mm         | 1mm            | 合格   | ✓        | ✓        |

审核综合意见: (设备台账、确认状态标识、使用的环境条件是否符合要求及设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求即满足顾客要求?) 公司自校准项目另填写“自校准项目的计量确认检查表”,  
设备台账、确认状态标识、使用的环境条件均符合要求并记录于台账中。

审核部门: 恒河中心计量室

审核员: 李国栋

审核日期: 2019 年 10 月 19 日