



编号: 0293-2020-A

测量设备溯源抽查表

企业名称	安徽爱弥儿检验检测有限公司					审核员	韩萍萍	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
实验室	气相色谱仪	AME/YQ/134-1	GC-2010 Pro	FPD:≤0.5nA	气象色谱仪检定装置 $U=3\%(k=2)$	南京市计量监督检测院	2020.04.07	√
实验室	紫外可见分光光度计	17001609003	UV1700PC	II级	氧化钛滤光片 $U=0.5nm(k=2)$	滁州市技术监督检测中心	2020.11.18	√
实验室	自动烟尘(气)测试仪	A09144588	3012H	示值误差: ±5%	气体测试仪检定校准装置 $U_{rel}=1.3\%(k=2)$	安徽省计量科学研究院	2020.09.21	√
实验室	空气氟化物/重金属采样器	3M02048637	2037型	流量: $U_{rel}=2.2\%$ 时间: $U_{rel}=0.3\%(k=2)$	便携式气体校准装置 $U_{rel}=2.0\%(k=2)$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2020.11.09	√
实验室	气相色谱仪	C11885730394CS	GC-2014C	FID:≤10pA	氮中甲烷气体标准物质 $U_{rel}=1.0\%(k=2)$	安徽领博计量检测有限公司	2020.11.25	√
实验室	霉菌培养箱	1712013	MJX-80B	$U=0.6^{\circ}C(k=2)$	温湿度场巡检仪	深圳天溯计量检测股份有限公司	2020.04.14	√

审核综合意见:

该公司编制了《测量设备量值溯源管理程序》，测量设备要求送至有资质的计量检测部门进行量值溯源。如上表所示，所查的6台测量设备分别送到安徽省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司、安徽领博计量检测有限公司等校准机构进行量值溯源，符合要求。

审核日期: 2020年12月29日

审核员签字:

韩萍萍

部门代表签字:

李峰