

编号: 0293-2020-A

不符合项报告

企业名称: 安徽爱弥儿检验检测有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 实验室	陪同人员: 韦晖
不符合事实描述: 查实验室测量设备“气质联用仪”(编号 021745700968SA), 内部有测量分析软件, 未见软件清单和检查或测试记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 中“6.2.2 软件” 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√; 审核员(签名): 韩萍萍 陪同人员(签名): 韦晖 企业部门代表(签名): 刘咪咪 日期: 2020 年 12 月 29 日	
纠正措施: 建立软件清单, 举一反三, 将公司内部所有软件进行识别, 并做如检查或测试记录备查。 企业部门代表签名: 刘咪咪 审核员签名: 韩萍萍	
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 完善 审核组代表签名: 韩萍萍 日期: 2020 年 12 月 29 日	

可另附页



扫描全能王 创建