



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 安徽爱弥儿检验检测有限公司

编 号: 0293-2020-A



认证报告内容

1. 企业名称: 安徽爱弥儿检验检测有限公司

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 再认证审核)

3. 注册地址: 安徽省滁州市花园西路 82 号

企业活动范围和场所: 室内环境检测、企业排放检测、环评验收检测、土壤检测、水质检测

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 3 (人·日), 现场人日 2 (人·日)

6. 认证审核活动 (文件审核、现场审核) 实施日期和地点:

文件审核: 2020-12-28 8:00:00 至 2020-12-28 17:00:00,

现场审核: 2020 年 12 月 29 日 上午至 2020 年 12 月 29 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 :

姓 名	性 别	组内职务	联系 电 话	注 册 级 别	注 册 证 书 编 号
陈爱萍	女	组长	13971830031	审核员	中认协评 [2018]249 号 ISC[S]0037
韩萍萍	女	组员	13035455586	审核员	中认协评 [2019]140 号 ISC[S]0325

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	杨巍巍	王祖涵	赵学静	周维力	常德梅	胡超俊
职 务	总经理	管理者代表	质量负责人	技术负责人	实验室主任	采样室主任

9. 认证审核准则:

9.1 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB17167-2006 《能源计量器具配备和管理通则》

9.3 安徽爱弥儿检验检测有限公司《测量体系管理手册》及《程序文件》

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。



11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围：室内环境检测、企业排放检测、环评验收检测、土壤检测、水质检测

涉及区域或部门：管理者代表、检测部、采样室、实验室、综合部、报告室、业务发展部等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：室内环境检测、企业排放检测、环评验收检测、土壤检测、水质检测。

企业成立于 2015 年 7 月 10 日，注册资本为 660 万元，于 2019 年 11 月 8 日取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91341100348833222T，法人代表杨巍巍，长期有效。法人资格满足要求。公司于 2016 年 10 月 18 日取得由安徽省质量技术监督局颁发的《检验检测机构资质认定证书》，有效期至 2022 年 10 月 17 日。提交的质量授权证明文件有效。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

企业产品执行标准主要为 GB 18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》、GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》、GB/T 15432-1995《环境空气总悬浮物的测定重量法》等标准，有受控标识，符合要求。企业不是重点耗能单位。经查，截止审核时，没有发生顾客对服务质量投诉等问题。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 9 月 2 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为检测部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 6 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 5 项职责，主要计量职能部门——检测部的 19 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1 企业产品主要执行标准为 GB 18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》、GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》、GB/T 15432-1995《环境空气总悬浮物的测定重量法》等标准。企业共识别了 540 台件测量设备，建立了《测量设备台帐》，测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）等计量特性都进行了识别。

12.3.2 检查了企业的配备的测量设备台账，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，最近的检定日期全部在有效期内。

12.3.3 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2020 年 12 月 9 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 1 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 12 月 23 日前完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 12 月 15 日开展了管理评审，会议由公司总经理杨巍巍主持，由管理者代表王祖涵汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 12 月 29 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 7 个职能部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量设备，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，检测部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 4 人，职责明确，具备应有资质。企业共有 540 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备管理目录进行分类管理，均经过检定/校准和确认，实验室环境有效控制，满足要求；测量设备标识清晰完整；业务发展等部门负责建立测量设备合格供方名录。检测部门负责对提供服务的安徽省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司、安徽领博计量检测有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 3 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022:2003Z 中 5.3 条款内容，



企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查实验室测量设备“气质联用仪”（编号 021745700968SA），内部有测量分析软件，未见软件清单和检查或测试记录。不符合 GB/T19022-2003 中第 6.2.2 软件的要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2020 年 12 月 28 日的文件审核和 2020 年 12 月 29 日的现场审核情况，审核组认为：安徽爱弥儿检验检测有限公司领导重视测量管理体系工作，检测部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备都已经检定、校准。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为安徽爱弥儿检验检测有限公司的测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准 A 级通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1 加强 GB/T19022-2003 各条款及本公司测量管理手册、程序文件的学习和理解；

15.2 对各检定校准机构出具的检定/校准证书进行确认，杜绝出现不符合要求的证书；

.....

16. 其他需要说明的事项：无

17. 审核组组长（签字）： 日期：2020 年 12 月 29 日

18. 审核组成员（签字）： 日期：2020 年 12 月 29 日

19. 审查人员（签字）： 日期：

20. 法定代表人审批意见(签字)： 日期：

21. 北京国标联合认证有限公司(盖章) 日期：