



测量设备溯源抽查表

企业名称	瑞瑶环境科技有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电子万能试验机	1406-012	DLD-50kN	1 级	标准测力仪: 0.1 等	安徽省计量科学研究院	2020.04.10	√
品质部	伺服电脑式拉力压力试验机	162498	HF-600IS	1 级	标准测力仪: 0.3 等	安徽省计量科学研究院	2020.04.10	√
生产中心	箱式电阻炉	/	SX-2.5-10	$U=1.8^{\circ}\text{C}, k=2$	过程校验仪: $\text{MPE}:\pm 1.4^{\circ}\text{C}$	安徽省计量科学研究院	2020.04.10	√
品质部	悬臂梁冲击试验机	1405-004	ZBB-0322	$U=0.16\text{N}, k=2$	标准测力仪: 0.1 级	安徽省计量科学研究院	2020.04.10	√
审核综合意见: 抽查《测量设备台账》中 4 台测量设备的检定校准证书, 其检定校准结果的量值溯源符合要求。								
审核日期: 2021 年 01 月 08 日上午—2021 年 01 月 09 日下午								
审核员签字: 刘复荣					部门代表签字: 余亮			