



编号: 0298-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	陕西航空电气有限责任公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量室	粗糙度测量仪	510471611	SJ-210	1.0 级	多刻线样板	国防科技工业 6114 二级计量站	2020.04.18	√
技术质量室	杠杆千分尺	17092	(0-25) mm	±0.004mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.07.15	√
技术质量室	数显高度卡尺	1105376557	(0-300) mm	±0.04mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.07.15	√
技术质量室	深度卡尺	482692	(0-200) mm	±0.03mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.07.15	√
技术质量室	游标卡尺	6347	(0-150) mm	±0.02mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.07.28	√
技术质量室	游标卡尺	827801	(0-300) mm	±0.02mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.07.15	√
技术质量室	千分尺	QK-31-005	(25-50) mm	±0.004mm	4 等量块	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.04.13	√
技术质量室	精密压力表	200310005	(0-1) MPa	0.4 级	0.025 级压力表检定装置	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.09.24	√
技术质量室	精密压力表	200310002	(0-1) MPa	0.4 级	0.025 级压力表检定装置	陕西航空电气有限责任公司计量科	2020.09.24	√

审核综合意见:

企业已建立了指示量具检定装置,《量块检定装置》,《温度检定装置》,《精密压力表标准装置》,《硬度检定装置》等 15 套计量标准器,已通过国防科学技术工业委员会认可评定。所有标准器均送至国防科技工业 6114 二级计量站检定/校准,抽查 9 份测量设备,量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 1 月 6 日

审核员签字:

部门代表签字: