




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北路博轨道交通设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	路勇
不符合事实描述：储气罐用压力表：型号规格（0-2.5）MPa，出厂编号 20210158723，未进行检定。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：夏曼伶 审核组长：张明 受审核方代表：翟振峰 日 期：2021.5.16 日 期：2021.5.16 日 期：2021.5.16 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  审核员：张明 日期：2021.6.11			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

储气罐用压力表:型号规格(0-2.5)MPa 出厂编号20210158723, 未进行检定.

纠正情况:

补充储气罐用压力表:型号规格(0-2.5)MPa, 出厂编号20210158723, 的检定报告

原因分析:

生产人员对GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款理解不够.

生产管理人员对体系运行检查不到位.

纠正措施:

补充储气罐用压力表 型号(0-2.5)MPa, 出厂编号20210158723, 的检定报告对生产人员进行GB/T19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款培训

预定完成日期: 2021.6.2.

举一反三检查情况:

检查其它设备未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正有效.

验证人:

翟焕佳.

日期:

2021.6.2.

受审核方代表:

翟焕佳.

日期:

2021.6.2.

巨鹿县综合检验检测中心

检定证书

证书编号: YL2021060201 号

送 检 单 位	<u>河北路博轨道交通设备有限公司</u>
计 量 器 具 名 称	<u>压力表</u>
型 号 / 规 格	<u>(0~2.5)MPa</u>
出 厂 编 号	<u>20210153135</u>
制 造 单 位	<u>杭州华科仪表有限公司</u>
检 定 依 据	<u>JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》</u>
检 定 结 论	<u>符合 1.6 级</u>

(检定专用章)

批准人 张 某

核验员 李 同 兴

检定员 杨 成 光

检定日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2021 年 12 月 01 日

计量检定机构授权证书号: (冀) 法计 (2020) F00912 号

地址: 巨鹿县风清西路 10 号

传真: 0319-4332689

电话: 0319-4332689

邮编: 055250

EMAIL: jlxjczx@126.com

检定机构授权说明:

本实验室是河北省市场监督管理局授权的法定计量检定机构。

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

检定使用的计量标准装置				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
精密压力表标准装置	(0~60)MPa	0.05 级	[2020] 邢批量标邢法证字第 X001 号	2024-01-18
使用的主要计量标准器具				
名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至
精密压力表	(0~2.5)MPa	0.4 级	YL20200512	2021-08-28
检定环境条件及地点				
地点: 压力室				
温度: 22 ℃ 湿度: 60 %RH 其它: /				

证书编号 YL2021060201

检 定 结 果

- 1. 外观: 合格
- 2. 零位误差: 0.00 MPa
- 3. 示值误差: 0.00 MPa
- 4. 回程误差: 0.00 MPa
- 5. 轻敲位移: 合格
- 6. 指针偏转平稳性: 合格
- 7. 其他项目:

检定结论: 符合 1.6 级

以下空白



提示: 1. 该计量器具修理后,应立即检定。
2. 在使用过程中,如对该计量器具的计量性能产生怀疑,请重新检定。
3. 如该计量器具使用过于频繁或使用环境过于恶劣等,建议缩短检定周期。
4. 未经本实验室书面批准,本证书不得部分复印。

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2021. 5. 20	培训地点	会议室	培训教师	马会芳
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准. 7.1.5 条款 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
李永亮	✓				
路勇	✓				
马会芳	✓				
翟换佳	✓				
马会芳	✓				
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)					
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准. 7.1.5 条款.					
考核成绩: (可附表)					
课堂提问, 互动式学习. 全体合格.					
培训有效性评估:					
通过培训 员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款. GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款有了深刻的理解. 员工表示今后 严格按照标准执行. 培训有效					
评估人: 马会芳		日期: 2021. 5. 20.			
记录人: 李永亮					