



编 号: 0004-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	苏州德品医疗科技股份有限公司						审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 准确度等级/最大允 许误差/测量不确定 度	测量标准装置 准确度等级	检定/校 准机构	检定/ 校准 日期	符合 打√ 不符 合打×	
生产部	钢卷尺	DP0001	3m	$\pm 1.0\text{mm}$ $U=(0.1+1\times 10^{-5}L)\text{mm}$ $k=2$	标准钢卷尺: $U=(2+2.5L)\mu\text{m}$ $k=2$	广州中 测检测 技术有 限公司	2020. 06.15	√	
品质部	数显千分尺	F10281	(0-25) mm	$\pm 2\mu\text{m}$ $U=1.7\mu\text{m}, k=2$	量块: 3 等	广州中 测检测 技术有 限公司	2020. 06.15	√	
品质部	塞尺	/	(0.02-1.00) mm	$\text{MPE}:\leq 9\mu\text{m}$ $U=3\text{mm}, k=2$	数显测长仪: $\text{MPE}:\pm 0.5\mu\text{m}$	苏州市 计量测 试院	2020. 05.13	√	
品质部	电子秤	9065336	JSA30-1	$\pm 3\text{g}$ $U=(1.1-2.0)\text{g}, k=2$	砝码: F1 等级	广州中 测检测 技术有 限公司	2020. 06.15	√	
品质部	游标卡尺	HS07040 306	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}, k=2$	量块: 3 等	广州中 测检测 技术有 限公司	2020. 06.15	√	
品质部	涂层测厚仪	N930391	CM-8820	$\pm 5.6\mu\text{m}$ $U_{\text{rel}}=1.8\%, k=2$	涂层测厚仪: AA 级	广州中 测检测 技术有 限公司	2020. 06.15	√	
审核综合意见: 抽查《计量器具清单》中 6 台测量设备的检定/校准证书, 其检定/校准结果的量值溯源符合要求。									
审核日期: 2021 年 01 月 11 日上午—2021 年 01 月 12 日下午									
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 马成市									