



编号: 0111-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		许昌永昌印务有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心	电子天平	QJ--010	AUY220	I 级	E2 等级砝码	河南省计量科学研究院	2020.08.07	√
技术中心(质检室)	摩擦系数仪	QJ--042	C0008C	速度 U=0.2mm/min, k=2 质量: U=0.002kgf, k=2	材料试验机检定装置 U _{rel} =0.42%, k=2 标准测力仪 0.01 级 砝码 F2 等级	河南省计量科学研究院	2020.07.25	√
技术中心(质检室)	条码仪	QJ--041	BWC0um	0.010mm	影像测量仪 MPE:±(2.0um+10 ⁻⁵ L/3)	河南省计量科学研究院	2020.6.24	√
技术中心	色差仪	QJ--034	ColorEye7000A+IQC	U=2.1(K=2)	测色色差计标准装置 Y:U=1.6(K=2) X,y:u=0.0044(k=2) 标准色板 u(Y)=1.6(K=2) U(x),U(y)=0.0044(K=2)	河南省计量科学研究院	2020.9.10	√
技术中心(质检室)	电子天平	QJ--011	JA5003	2 级	F1 等级克(毫克)组砝码标准装置 F1 等级 F2 等级公斤组砝码标准装置 F2 等级	许昌市质量技术监督检验测试中心	2020.08.07	√
制造部	压力表	H031380	0-1.6MPa	1.6 级	0.05 级活塞式压力计标准装置 二等活塞式压力计 二等活塞压力真空计 活塞式压力计 0.05 级	河南省计量科学研究院	2020.12.31	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》和《溯源性管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由生产管理部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由生产管理部保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 1 月 12 日

审核员签字:

部门代表签字: