



编 号: 0111-2018-2020

### 不符合项报告

企业名称: 许昌永昌印务有限公司	不符合报告编号: 2021011201
企业下属部门: 制造部	陪同人员: 苏丽
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查抽查制造部大屏幕温湿度表 (编号 H218AEG062), 经过校准, 证书编号热字 20200803-1906, 湿度偏差较大, 未能提供计量确认记录, 不符合 7.1.4 要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p>	
审核员 (签名) <u>吴思厚</u>	陪同人员 (签名) <u>苏丽</u>
企业职能部门代表 (签名) <u>沈建忠</u> 日期: 2021.01.12	
<p>纠正措施:</p> <p>1. 对该温湿度表填写计量确认记录, 对处理结果进行修正, 现场粘贴修正指示。</p> <p>2. 检查其它温湿度表是否有类似问题, 如有及时处理。</p>	
纠正措施实施部门代表签名: <u>沈建忠</u>	审核员确认签名: <u>吴思厚</u>
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>纠正措施已落实, 验证合格, 同意关闭。</u></p>	
审核组代表签名: <u>杨冰</u>	日期: <u>2021.1.14</u>

# 计量确认记录

编号: MRD-10

部门: 制造部

设备名称	大屏幕温湿度计		使用地点	车间		
出厂编号	H218AEG062	制造厂家	深圳市华图	型号规格	HE218A	
内部编号	/	设备类别	<input type="checkbox"/> A类 <input checked="" type="checkbox"/> B类 <input type="checkbox"/> C类			
计量确认记录						
检定/校准结果	检定/校准单位	河南省计量科学研究院				
	检定/校准依据	JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程				
	检定/校准环境	温度 21.3℃, 相对湿度 39%				
	检定/校准日期	2020.8.26	检定/校准人	钱逸敏		
	证书编号	热字 20200803-1906	检定/校准周期(月)	12个月		
	检定/校准结果	测量范围 15℃-31℃ (40-80)%RH	最小分度值 0.1℃ 0.1%RH	准确度等级/ 最大误差 -0.1℃ +6.8%RH		
计量要求	测量范围 15℃-31℃ (40-80)%RH	最小分度值 0.1℃ 0.1%RH	准确度等级/ 最大允许误差 ±1℃ ±5%RH			
	确认间隔	12个月	使用环境条件	无		
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合要求 对湿度显示值进行修正, 修正值为-4%RH。现场粘贴修正说明 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">沈建忠</span> <span style="font-size: 1.2em;">王霞</span> </div> 验证/日期: 2021.1.13      审核/日期: 2021.1.13					
标识	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 限用 <input type="checkbox"/> 停用					

说明: 当验证不合格时, 由专职或兼职计量员填写本记录, 部门负责人审核, 一式一份。保存期限为2年(C类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。

温度

Temperature

24.0 °C

湿度

Humidity

55.1 %RH

设备限用证

出厂编号: H21BAFG062

限制范围: 湿度修正值-4%RH

实际值=显示值-4%RH

确认人: 沈建忠

确认时间: 2021年1月15日