



编号: 0152-2019-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	青岛澳科仪器有限责任公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子天平	120508100775	T-500	III级	E ₂ 等级砝码	青岛市计量技术研究院	2020.05.11	√
生产部	钢卷尺	AC/J-010	5m	I 级	钢卷尺标准装置 $\pm(0.03+0.03L)$ mm	青岛市计量技术研究院	2020.10.19	√
生产部	线性光栅尺	69071C4 A130000 0316/AC /J014	WTB5-3200 /SDS6-2V	$\pm 3\mu\text{m}$	激光干涉仪 $\pm 0.5 \times 10^{-6} \text{L (L: m)}$	中车青岛四方机车车辆股份公司计量理化检测中心	2020/7/11	√
生产部	压力表	SL115819	(0~1.6) MPa	2.5 级	0.05 数字压力计标准装置	青岛市计量技术研究院	2020.09.25	√
生产部	游标卡尺	4726	(0-150) mm	$\pm 0.02 \text{ mm}$	4 等量块	青岛市计量技术研究院	2020.05.08	√
生产部	标准水银温度计	10911	棒式 (-30~20) °C	$\pm 0.1^\circ\text{C}$	二等铂电阻温度计标准装置	青岛市计量技术研究院	2019.11.21 (有效期两年)	√
生产部	温度测试仪	1307A049	X7	$U=0.31^\circ\text{C}$	0.02 级过程仪表校验仪	青岛市计量技术研究院	2020.09.23	√

审核综合意见:

企业已建立了《液位计检定装置》标准装置用于产品出厂检验,所有测量设备均送至青岛市计量技术研究院、中车青岛四方机车车辆股份公司计量理化检测中心检定、检定/校准,抽查 7 台件测量设备,量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 1 月 14 日

审核员签字: 部门代表签字: 