

江西铜业集团公司计量检测中心

校准证书

热 字

证书编号: GYT202101001 号

使用单位: 选矿车间

测量设备名称: 数字温度指示仪

型号规格: XMTH-8000

测量范围: (0~300) °C

制造厂: 武汉洛克粉磨设备制造有限公司

出厂编号: 150258

准确度等级: 1.0 级

检定实验室: 江铜第一检定室

检定专用章



主管: 李航

核验员: 蒙国浩

检校员: 程世玉

校 准 日 期 2021 年 1 月 22 日

建议下次校准日期 2022 年 1 月 21 日

本次校准使用标准装置名称： 多功能温度校验仪

该标准装置准确度级别： 0.05 级

本次校准技术的依据： JJF1664-2017

原始记录编号： GYT202101001

校准地点：选矿车间

校准数据：（单位：℃）允许误差： $\pm 3^{\circ}\text{C}$

标准数据	行程	被检点数据	误差
0	上	1	1
	下	0	
50	上	50	1
	下	51	
100	上	100	0
	下	100	
150	上	150	0
	下	150	
200	上	200	0
	下	200	
250	上	250	0
	下	250	

最大示值误差： $+1^{\circ}\text{C}$

以下空白