



编号: 0244-2019-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称    | 江西铜业股份有限公司 (武山铜矿) |                |           |                                 |                                               | 审核员        | 郭小红                         |               |
|---------|-------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 部门      | 测量设备名称            | 测量设备编号         | 型号规格      | 测量设备准确度等级                       | 测量标准置准确度等级                                    | 检定/校准机构    | 检定/校准日期                     | 符合打√<br>不符合打× |
| 技术质量检验部 | 发射光谱仪             | MY17280009     | 5110      | A 级                             | 发射光谱分析混合离子标准物质<br>$U=0.9\text{mg/L}$<br>$K=2$ | 江西省计量测试研究院 | 2019.9.3<br>有效期<br>2021.9.2 | √             |
| 技术质量检验部 | 原子吸收分光光度计         | A30644930823CS | AA-6300CF | 2.2%                            | 标准物质 (Cu)<br>$U_{\text{rel}}=1\%$<br>$K=2$    | 江西省计量测试研究院 | 2020.5.13                   | √             |
| 技术质量检验部 | 80t 电子汽车衡         | 80#0003        | SCS-80 型  | III级                            | 标准砝码 M1 等级                                    | 九江市计量所     | 2020.9.24                   | √             |
| 技术质量检验部 | 电子台秤              | 70962          | TCS-100   | III级                            | 标准砝码 M1 等级                                    | 瑞昌市计量所     | 2020.10.13                  | √             |
| 综合车间    | 接地电阻测试仪           | 182091         | SDBY-2571 | $U_{\text{rel}}=0.1\%$<br>$K=2$ | 实验室直流电阻器 0.01 级                               | 九江市计量所     | 2020.10.19                  | √             |
| 综合车间    | 绝缘电阻表             | 14020103       | ZC11D-5   | 20.0 级                          | 兆欧表标准电阻箱 0.5 级                                | 九江市计量所     | 2020.10.19                  | √             |

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

测量设备均送至江西省计量测试研究院、九江市计量所、瑞昌市计量所检定/校准, 随机抽查 6 台测量设备, 均按照江西铜业股份有限公司的要求, 按周期送检, 检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致, 且都在有效期。测量设备量值溯源真实有效, 符合规定要求。

审核日期: 2021 年 01 月 18 日 上午至 2021 年 01 月 18 日 下午 (共 1 天)

审核员签字: 郭小红

部门代表签字: 郭小红