

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	胶乳总固体含量的测定	被测参数要求(含公差)	(2±0.5) g		
被测参数要求识别依据文件		GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》			
计量要求导出方法（可另附） 根据 GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》的要求，胶乳总固体含量的测定， 称重为 (2±0.5) g 胶乳，精确至 0.1mg。标准已导出计量要求。 测量设备计量要求： 电子天平的测量范围（0～210）g， d=0.1mg，准确度等级 I 级					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	检定日期
	电子天平	AL204	I 级	N1200079 661	2020.3.18
计量验证记录 电子天平检定 I 级合格，满足测量设备的准确度等级要求。 验证结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 管恩华 验证日期：2020 年 7 月 20 日					
认证审核记录： 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， 2. 计量要求导出方法正确， 3. 测量设备的配备满足计量要求， 4. 测量设备经检定/校准合格， 5. 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 按 GB/T8298-2008《浓缩天然胶乳 总固体含量的测定》的要求，胶乳总固体含量的测定导出的 过程允许不确定度和测量设备的准确度等级，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确 定度和测量设备的准确度等级的导出方法正确，测量设备已进行检定，验证合格，满足计量要求。					
企业代表签字：			审核日期：2021 年 1 月 16 日		