



测量设备溯源抽查表

编号: 0131-2019-2021

企业名称	大连乳胶有限责任公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术中心(质检部)	玻璃液体温度计	TT1-01	棒式	±2℃	二等标准铂电阻温度计	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.12.15	√
技术中心(技术部)	电导率仪	611318N002 0010245	DDS-11A	4.0 级	检定电导率仪专用电阻箱 0.05 级	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.5.28	√
生产中心(手套车间)	电子天平	1321380996 8	AL204	I 级	E ₂ 等级砝码	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.3.18	√
技术中心(技术部)	可见光分光光度计	YK17TS15113 10	721	III 级	可见光区透射比滤光片 U=%0.5 (k=2)	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.3.18	√
技术中心(技术部)	密度计	01060101	(940-1000) kg/m ³	±2kg/m ³	二等标准石油密度计	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.3.19	√
生产中心(手套车间)	压力表	3297	(0-1.0) MPa	1.6 级	0.05 级活塞压力计	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.12.7	√
生产中心(手套车间)	游标卡尺	7401	(0-150) mm	±0.02mm	4 等量块	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.12.8	√
生产中心(手套车间)	钢直尺	LS1-01	300mm	±0.1mm	3 等标准金属线纹尺	大连计量检验检测研究院有限公司	2020.5.29	√

审核综合意见:

公司未建立建立标准, 测量设备全部送至大连计量检验检测研究院有限公司检定、校准, 抽查 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 01 月 16 日 上午至 2021 年 01 月 16 日 下午 (共 1.0 天)

审核员签字: 部门代表签字: 