

编号: 0131-2019-2021

不符合项报告

企业名称: 大连乳胶有限责任公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 技术中心 (技术部)	陪同人员: 矫慧
不符合事实描述: 抽查技术中心 (技术部) 编号 01060101 的密度计, 检定结论为 “准予使用”, 该部门不能提供该密度计的计量验证结果。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022 标准条款 7.1.1</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员 (签名) <u>郭</u> 陪同人员 (签名) <u>矫慧</u> 企业部门代表 (签名) <u>凌克勤</u> 日期: 2021. 1. 16	
纠正措施: 技术中心负责对该密度计实施计量验证, 并依据公司体系文件要求进行举一反三。 企业部门代表签名: <u>凌克勤</u> 审核员签名: <u>郭</u>	
纠正措施完成情况: 措施有效, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>郭</u> 日期: 2021. 1. 20	

可另附页