



编号: 0098-2016-2021

## 测量设备溯源抽查表

| 企业名称                                                                                                                                 | 无锡智能自控工程股份有限公司 |              |                                                 |               |                          | 审核员     | 李国栋      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|----------|---------------|
| 部门                                                                                                                                   | 测量设备名称         | 测量设备编号       | 型号规格                                            | 测量设备准确度等级     | 测量标准置准确度等级               | 检定/校准机构 | 检定/校准日期  | 符合打√<br>不符合打× |
| 外协件材料                                                                                                                                | 游标卡尺           | SI4-020      | (0~300)mm                                       | $\pm 0.01$ mm | $U=0.03$ mm              | 天域计量    | 20/12/23 | ✓             |
| 五金零件                                                                                                                                 | 游标卡尺           | LS36-0004    | (0~500)mm                                       | $\pm 0.01$ mm | $U=0.03$ mm              | 天域计量    | 20/12/23 | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 平台             | IQ-04-200235 | (1000*750)mm                                    | ✓             | $U=3.1$ mm               | 天域计量    | 20/12/09 | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 游标卡尺           | SI8-0064     | (0~300)mm                                       | $\pm 0.01$ mm | $U=0.03$ mm              | 天域计量    | 20/9/15  | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 游标卡尺           | SI17-0061    | (0~150)mm                                       | $\pm 0.01$ mm | $U=0.03$ mm              | 天域计量    | 20/12/23 | ✓             |
| 工艺部                                                                                                                                  | 超声波测厚仪         | 03143484     | 4200Hz<br>Co, H <sub>2</sub> O, CH <sub>4</sub> | STB900        | 合格                       | 无锡计量院   | 20/12/88 | ✓             |
| 工艺部                                                                                                                                  | 超声波测厚仪         | 02949567     | 4200Hz<br>Co, H <sub>2</sub> O, CH <sub>4</sub> | STB900        | 合格                       | 无锡计量院   | 20/12/88 | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 超声波测厚仪         | WXZN-JQ-120  | TUD280                                          |               | 合格                       | 无锡计量院   | 20/9/10  | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 超声波测厚仪         | WXZN-JQ-118  | WE-600B                                         |               | $U=0.58$ K <sub>2</sub>  | 天域计量    | 20/12/9  | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 超声波测厚仪         | WXZN-SJ-018  | (0~700μm)                                       |               | $U=0.7\%$ K <sub>2</sub> | 天域计量    | 20/4/11  | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 测厚仪            | 1938148      | SI TITAN 600                                    |               | $U=6.9$ μm               | 天域计量    | 20/5/25  | ✓             |
| "                                                                                                                                    | 手持式测厚仪         | 600N6626     | QVIX-4500                                       |               | $U=0.15\%$               | 天域计量    | 20/8/31  | ✓             |
| 审核综合意见:<br>(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)<br>抽查的测量设备均进行了溯源, 溯源合格。经校单位天域计量、无锡计量院均符合校准合格的要求, 设备溯源有效。(但个别设备的现场校准证书未贴合格证, 应要求校准单位贴合格证) |                |              |                                                 |               |                          |         |          |               |
| 审核日期: 2021年01月23日 上午至2021年01月23日 下午 (共1.0天)<br>审核员签字: 李国栋 部门代表签字: 李国栋                                                                |                |              |                                                 |               |                          |         |          |               |