



受理编号: 0023-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	压力密封实验测量	被测参数要求(含公差)	6.6MPa±0.2MPa		
被测参数要求识别依据文件		(阀门)压力密封试验测量过程控制规范			
计量要求导出方法 (可另附): 《(阀门)压力密封试验测量过程控制规范》第 4.1 条规定: 压力密封试验使用准确度等级为 1.6 级、测量范围为 0-10MPa 的压力表。					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	压力表	0-10MPa	±0.4%FS	20ZY820028 081-001	2020 年 12 月 29 日
计量验证记录: 压力试验测量过程使用的压力表的计量特性 (测量范围、准确度等级) 符合企业技术文件《(阀门)压力密封试验测量过程控制规范》的要求。					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字:			验证日期: 2020 年 9 月 23 日		
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 2. 计量要求导出方法正确; 3. 测量设备的配备满足计量要求; 4. 测量设备检定/校准; 5. 测量设备验证正确。					
审核员:					
企业代表签字:			审核日期: 2021 年 1 月 18 日		