



编号: 0023-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	武汉阀门水处理机械股份有限公司					审核员	胡琳	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检验科	游标卡尺	91997	(0-500)	±0.02 mm	4 等量块	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√
检验科	外径千分尺	F458	(150-175)	±0.02 mm	4 等量块	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√
检验科	游标深度卡尺	80942	(0-300 mm)	±0.02 mm	4 等量块	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√
检验科	涂层测厚仪	000603	HCC-18	B 级	标准厚度片 ≤± (1+3%H, H-μm)	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√
检验科	全数字超声波探伤仪	FD111104 01	MUT600B	合格	任意波形发生器 0.4dB/12dB	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√
检验科	压力表	20144302	(0-4) Mpa	1.6 级	数字压力校验仪(压力部分) 0.05 级	武汉市计量测试检定(研究)所	2020.06.22	√

审核综合意见:

公司已建立了测量设备管理台账, 测量设备全部送至武汉市计量测试检定(研究)所检定、校准, 抽查 6 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 1 月 18 日~ 1 月 18 日

审核员签字:

胡琳

部门代表签字:

刘正军