




编 号: 0030-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	福建省喜玛拉雅科技实业有限公司					审核员	刘文动	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生管部	外径千分尺	160777113	(0-25) mm	±4μm	量块: 4 等	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.01.04	√
生管部	游标卡尺	CC603052	(0-300) mm	±0.04mm	量块: 5 等	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.01.04	√
品管部	破裂强度试验机	QDJ-1	/	$U_{rel}=0.4\%, k=2$	标准铝箔片: 0.1%	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.01.04	√
品管部	数字式涂层测厚仪	XM007	456	$U=2\mu m, k=2$	涂层标准测试片: MPE: ±1%	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.01.04	√
品管部	洛式硬度计	YDJ-1	HR-150A	$U=0.5HR, k=2$	标准硬度块: 0.5HRC	广东省世通仪器检测服务有限公司	2021.01.04	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业所有的测量设备均外委校准。该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《监视和测量设备台账》中 5 件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。								
审核日期: 2021 年 01 月 21 日上午—2021 年 01 月 22 日下午								
审核员签字: 				部门代表签字: 