



编号: 0107-2018-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	河南省鑫属实业有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质控部	空盒气压表	17447	DYM3	修正值 $\leq \pm 2.5 \text{ hpa}$	数字气压计: 0.01 级	河北省气象计量站	2020.3.16	√
质控部	臭氧校准仪	1170790016	49ips	$U=0.5 \text{ nmol/mol}, k=2$	臭氧气体分析仪检定装置:MPE: $\pm 1\%$	中国环境监测总站	2020.3.11	√
质控部	质量流量计	167841	MWB-25S LPM-D-A L/5M	$U_{rel} \leq 0.68\%, k=2$	质量流量标准装置: $U_{rel} \leq 0.5\%, k=2$	中国环境监测总站	2020.11.5	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准;企业所有测量设备均外委检定校准。查《测量设备管理台账》中 3 台测量设备的检定/校准证书, 检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。								
审核日期: 2021 年 01 月 18 日上午至 2021 年 01 月 18 日下午								
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 梁超								