

编 号: 0107-2018-2021

不符合项报告

企业名称: 河南省鑫属实业有限公司

不符合报告编号: 01

企业下属部门: 质控部

陪同人员: 苏召飞

不符合事实描述:

查质控部使用的出厂编号为 11J1811 的数显温湿度表的校准证书编号为 RGch2019-0061, 校准日期 2019 年 01 月 09 日, 查《测量设备台账》中该设备的检定/校准周期为 12 月, 超出了检定/校准周期。

不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____;

审核员(签名) 刘文革 陪同人员(签名) 苏召飞

企业部门代表(签名): 梁堤

日期: 2021 年 01 月 18 日

纠正措施:

1. 立即对出厂编号为 11J1811 的数显温湿度表进行送检。
2. 对《测量设备台账》中所有的设备进行排案, 若有类似问题一并解决。

企业部门代表签名: 梁堤

审核员签名: 刘文革

纠正措施完成情况:

经判定纠正措施有效。

审核组代表签名: 梁堤

日期: 2021.1.18

可另附页