



编号: 0010-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	胜利油田顺天节能技术有限公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	w121029921	(0-25)mm	$\pm 4 \mu m$	5 等量块	东营市计量测试检定所	2020. 10. 28	√
质检部	工作测振仪	10326	VA-80a	加速度 $U_{rel}=1.1\%, k=2$ 速度 $U=0.02mm, k=2$ 位移 $U=0.008mm, k=2$	比较法中频振动标准装置: $U_{rel}=3.6\%, k=2$	中国航发南方工业有限公司计量实验室	校准: 2020. 11. 17	√
质检部	指针式推拉力计	KS-L-23	NK-50	$U_{rel}=0.32\%, k=2$	标准测力仪; 0.1 级	东营市计量测试检定所	校准: 2020. 10. 27	√
质检部	直流电阻测试仪	KS-L-01	BS2045D-10A	$U_{rel}=0.2\%, k=2$	模拟交直流标准电阻器 电流: $U=(0.0004-0.024) A, k=2$; 电阻: $U=(0.002-0.4) m\Omega, k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	校准: 2020. 11. 8	√
质检部	匝间耐压测试仪	1007201	YG201A-5K	$U_{rel}=5\%, k=2$	1、示波器: $MPE:\pm(0.01\%\times\text{读数}+0.6ns)$; 直流增: $MPE:\pm(3\%\times\text{读数}+0.1\text{格}+1mV; 1GS/s)$ 2、高压探头: $MPE:\pm(0.7\%\text{读数})$	青岛市计量技术研究院	校准: 2020. 11. 13	√
质检部	接地电阻测量仪	KS-L-20	ND2508	/	接地电阻表检定装置: $MPE:\pm 0.1\%$	东营市计量测试检定所	检定: 2020. 10. 19	
生技部	扭矩扳子	KS-L-07	(0-300)Nm	/	扭矩扳子检定装置: 1.0 级	东营市计量测试检定所	检定: 2020. 10. 19	

审核综合意见:

该公司已建立《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《测量设备管理台账》中 7 件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。

审核日期: 2021 年 1 月 18 日

审核员签字:

部门代表签字:

