



测量设备溯源抽查表

编号: 0032-2021

企业名称	天津市红旗环保科技有限公司					审核员	张鹏	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
研发部	源表	091105619	05+	$\pm 0.005\text{mA}$	多功能校准仪/ $\pm 1.2\text{E}-5$	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.30	√
研发部	游标卡尺	201261822	(0-150) mm	$\pm 0.02\text{mm}$	卡尺专用量块/5等	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.30	√
研发部	绝缘电阻表	19121058	ZC25-3	10.0级	绝缘电阻表检定装置/ $\pm 0.5\%$	广州广电计量检测股份有限公司	2020.4.9	√
研发部	耐压测试仪	1871857	CC2670A	5.0级	耐电压测试仪校准装置/0.3级	广州广电计量检测股份有限公司	2020.4.1	√
研发部	电子秒表	356044	DM1-001	$\pm 0.05\text{s}$	时间检定仪/ $\pm (5\text{E}-\text{T}0+3\text{ms})$	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.30	√
研发部	标准气体	92003054	GBW(E)	2.0%	/	天津博利明科技有限公司	2020.11.16	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 6 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 1 月 23 日 ~ 1 月 24 日

审核员签字:

部门代表签字: