

测量过程比对测试记录

编号：TRJ-23

测量过程名称：	单相多功能标准表(0.1级)出厂检验				测量对象		0.1级三相电能表			
测量参数：	0.1级三相电能表基本误差				单次测量允许误差：		±0.1%			
比对试验最大允许误差	±0.1%				核查周期：		1个月			
核查办法	对同一台0.1级三相电能表，由两名检验员进行测试，记录测试结果，比对结果要求不超过±0.1%									
测量仪器	袁星				吕继斌				均值误差 (%)	是否合格
核查日期	1	2	3	平均值	1	2	3	平均值		
2020.1.20	0.030	0.026	0.025	0.027	0.025	0.026	0.035	0.029	-0.002	是
2020.2-3公司未生产										
2020.4.10	0.029	0.035	0.028	0.031	0.035	0.038	0.026	0.033	-0.002	是
2020.5.20	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	0.032	0.028	0.029	-0.001	是
2020.6.22	0.03	0.035	0.028	0.031	0.032	0.028	0.032	0.031	0.000	是
2020.7.19	0.029	0.033	0.028	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.001	是
2020.8.23	0.032	0.032	0.03	0.031	0.033	0.028	0.03	0.030	0.001	是
2020.9.25	0.031	0.029	0.033	0.031	0.035	0.029	0.030	0.031	0.000	是
2020.10.23	0.030	0.032	0.034	0.032	0.029	0.039	0.036	0.035	-0.003	是
2020.11.27	0.070	0.029	0.034	0.044	0.060	0.029	0.070	0.053	-0.009	是
2020.12.20	0.032	0.034	0.035	0.034	0.032	0.028	0.028	0.029	0.004	是

制表/日期：袁星2020.12.26

审核/日期：吕继斌2020.12.26

说明：本记录由关键测量过程所在部门检测人员填写，一式两份，一份存档，一份交品管部。保存期限为3年。

