



编号: 0037-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	西安洛科电子科技股份有限公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	数显卡尺	18125581	(0-200)mm	±0.02mm	4 等量块	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.4.02	√
生产技术部	数字多用表	090297179	86E 型	$U_{rel}=0.013\%$ $K=2$	$U_{rel}=0.007\%$ $K=2$ 多功能校准源		2020.4.02	√
生产技术部	外径千分尺	101029729	(25-50)mm	±0.004mm	4 等量块		2020.4.02	√
生产技术部	外径千分尺	120462565	(0-25)mm	±0.004mm	4 等量块		2020.4.02	√
生产技术部	不锈钢耐震压力表	C20113142	YN-100BF	0.5 级	0.05 级便携式压力校验仪		2020.12.24	√
生产技术部	绝缘电阻表	201021241	ZC25-3	10 级	1 级	陕西省计量科学研究院	2020.4.02	√
生产技术部	活塞式压力计	20117	(1-60)MPa	0.02 级	0.005 级压力表校验仪		2020.5.21	√
生产技术部	电磁流量计	S5T804650	AXF050G	0.5 级	$U=0.029\%$ $K=2$		2020.8.10	√

审核综合意见:

公司未建立企业标准, 测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了 8 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 1 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字: