



编号: 0011-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营同博石油电子仪器有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	压力表	062404208	Y-60	2.5 级	数字压力计标准装置: 0.05 级	东营恒德计量检测有限公司	2020.11.16	√
质检部	温湿度巡检仪	ab20200237	UC32	校准温度 100℃ 时, $U=0.09^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 校准温度 -60℃ 时, $U=0.15^{\circ}\text{C}$ $k=2$	温湿度巡检仪校验装置: $U=0.03^{\circ}\text{C}$ ($-80 \leq t \leq 400$) $^{\circ}\text{C}$ $U=0.3^{\circ}\text{C}$ ($400 \leq t \leq 1200$) $^{\circ}\text{C}$ $k=2$	山东省计量科学研究院	2020.5.6	√
质检部	万用表	44730563WS	F17B+	DCV: $\pm 8\text{mV}$; $U_{\text{rel}}=0.2\%$, ACV: $\pm 12\text{mV}$; $U_{\text{rel}}=0.3\%$, DCI: $\pm 0.17\text{A}$; $U_{\text{rel}}=0.3\%$, ACI: $\pm 0.17\text{A}$; $U_{\text{rel}}=0.5\%$, $k=2$ R: 量程 40M Ω 时, $\pm 0.62\text{M}\Omega$; $U_{\text{rel}}=0.5\%$ $k=2$	多功能校验仪: DCV: $\pm 0.0011\%$ ACV: $\pm 0.015\%$ DCI: $\pm 0.01\%$ ACI: $\pm 0.04\%$ R: $\pm 0.0028\%$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.4.16	√
质检部	音量检测仪	91850521	(30-130) dB	$\pm 1.5\text{dB}$ $U=0.4\text{dB}$ $k=2$	声级校准器: $\pm 0.3\text{dB}$	格恩计量检测(浙江)有限公司	2020.4.16	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 4 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 3 月 3 日上午至 2021 年 3 月 3 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

刘新利