



编号: 0012-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营晨丰电子科技有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	推拉力计	TLJ-N50	N-50	$\leq 1\%$ $U_{rel}=0.3\%, k=2$	力值砝码: $U=0.08g, k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.13	√
质检部	游标卡尺	YBKC0-150mm	(0-150)mm	$U=0.01mm, k=2$	量块: 4等	深圳华科计量检测技术有限公司	2021.1.13	√
质检部	数字万用表	WYBF17B+	FLUK17B+	DCI: $U_{rel}=0.5\%, k=2$	多功能校准器: (0-2)A 时, DCI: $\pm (100 \times 10^{-6} \text{ 输出} + 0.03 \mu A) \sim \pm (1000 \times 10^{-6} \text{ 输出} + 750 \mu A)$	青岛市计量技术研究院	2021.1.13	√
质检部	电导率仪	DDL-P T1	PT1	$U_{rel}=0.2\%, k=2$	电导率计量标准: $U_{rel}=0.05\%, k=2$	山东博测计量检测技术有限公司	2021.1.13	√
质检部	钢卷尺	GJC-5m	5m	II 级	钢卷尺标准装置: $MPE: \pm(0.03+0.03L) \text{ mm}$	青岛市计量技术研究院	2021.1.13	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业测量设备均送外校准。抽查 5 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 3 月 4 日上午至 2021 年 3 月 4 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

刘复荣