



编号: 0027-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市福祥工贸有限责任公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质控部	钢直尺	FXGM-001	1m	$U=0.02\text{mm}$ $k=2$	金属线纹尺: 3 等	中国航发南方工业有限公司建立实验室	2021.1.20	√
质控部	游标卡尺	FXGM-002	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 3 等	中国航发南方工业有限公司建立实验室	2021.1.20	√
质控部	内径千分尺	FXGM-005	(25-30)mm	$U=1.3\mu\text{m}$ $k=2$	万能测长仪: $\pm 1.0\mu\text{m}$	中国航发南方工业有限公司建立实验室	2021.1.20	√
生产部	钢卷尺	FXGM-004	5m	$\pm 1.3\text{mm}$ $U=0.003\text{mm}$ $k=2$	标准钢卷尺: $\text{MPE}:\pm(0.03+0.03L)\text{mm}$	中国航发南方工业有限公司建立实验室	2021.1.20	√
审核综合意见: 企业未建立计量标准。企业测量设备全部送外校准。抽查 4 份证书, 证书规范, 送检计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。								
审核日期: 2021 年 3 月 2 日上午至 2021 年 3 月 2 日下午								
审核员签字: 刘复荣					部门代表签字: 柳智忠			

