



编 号: 0034-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营市乾润石油工程技术服务有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	19077695	(0-150) mm	$U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 5 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.10.12	√
质检部	里氏硬度计	MH012009 0708	MH170	$U=11\text{HL}$ $k=2$	里氏硬度块: 537HLD 时, $U=5\text{HLD}$, $k=2$ 797HLD 时 $U=8\text{HLD}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.12.21	√
质检部	金相显微镜	990695	XJP-200	$U=0.0017\text{mm}$ $k=2$	玻璃尺: $U=0.50\mu\text{m}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.12.21	√
质检部	涂层测厚仪	19E208166	AS-X3	$U=0.7\mu\text{m}$ $k=2$	标准厚度片: $U=0.3\mu\text{m}$, $k=2$	山东凯利布森测控技术有限公司	2020.10.12	√

审核综合意见:

企业未建立计量标准。企业的测量设备均送外校准。抽查 4 份校准证书, 证书规范, 送校的计量技术机构资质满足要求, 符合 GB/T19022-2003 中 7.3.2 溯源性管理要求。

审核日期: 2021 年 3 月 5 日上午至 2021 年 3 月 5 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

郭峰