




编号: 0086-2017-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 广州柏诚智能科技有限公司                 |                                              |                                                                                                                      |                                              |                |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| 部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 测量设备名称      | 测量设备编号                       | 型号规格                                         | 测量设备准确度等级                                                                                                            | 测量标准准确度等级                                    | 检定/校准机构        | 检定/校准日期    | 符合打<br>√<br>不符合打× |
| 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 热能表检定装置     | 201606-01                    | BC-RNB13, DN15~DN40                          | 热水流量标准装置<br>$U_{rel}=0.3\%$ , $k=2$<br>温度检定装置<br>$\pm 0.02^\circ\text{C}$ $k=2$<br>热量计算检定装置<br>$U_{rel}=0.2\%$ $k=2$ | 电子秒表<br>$\pm 0.5\text{s/d}$                  | 广东省计量科学研究院     | 2020/04/07 | √                 |
| 品管部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自校式铂电阻数字测温仪 | J07-08                       | NIM-JC-J1                                    | $\pm 0.06^\circ\text{C}$ $k=2$                                                                                       | 二等标准铂电阻温度计                                   | 广东省计量科学研究院     | 2020/10/29 | √                 |
| 仓储部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 电子温湿度计      | PQR-WSD-01                   | HTC-2                                        | 温度: $\pm 0.6^\circ\text{C}$ $k=2$<br>湿度: $\pm 1.8\%\text{RH}$ $k=2$                                                  | 标准通风干湿表<br>二级                                | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 2020/08/10 | √                 |
| 品管部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 电磁流量计       | 141112H4<br>04N1E730<br>0071 | 7ME61101<br>MA202AA1<br>7ME69202<br>CA101AA0 | 0.5 级                                                                                                                | 水流量标准装置 0.05 级<br>密度计<br>$0.2\text{kg/m}^3$  | 广州能源检测研究院      | 2020/11/30 | √                 |
| 品管部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 带表卡尺        | K16G2253<br>51               | (0 ~ 200) mm                                 | 示值误差:<br>$\pm 0.01\text{mm}$ ; $k=2$                                                                                 | 量块 5 等 3 级<br>刀口形直尺<br>MPE: $1.0\mu\text{m}$ | 广州市番禺质量技术监督检测所 | 2020/08/11 | √                 |
| 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 电子天平        | 02989059                     | MW-150                                       | III 级                                                                                                                | 砝码<br>M <sub>1</sub> 等级                      | 广东省计量科学研究院     | 2020/03/05 | √                 |
| <p>审核综合意见:</p> <p>公司已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》和《监视和测量设备控制程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由生产工程部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。</p> <p>审核日期: 2021 年 01 月 25 日</p> <p>审核员签字:  部门代表签字: </p> |             |                              |                                              |                                                                                                                      |                                              |                |            |                   |