



编号: 0071-2016-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称		广州双一乳胶制品有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	电子拉力机	UTM1637 1	UTM4502 HK	1 级	标准测力杠杆: 0.3 级; 电子秒表: 0.01s; 游标卡尺: 0.02mm	广州橡胶 计量站	2020.11.1 7	√
质量管理部	橡胶测厚仪	2050609	(0~1) mm	0.001mm	百分表检定仪: 0.001mm	广州橡胶 计量站	2020.3.10	√
质量管理部	数字压力计	2003021	DP-101	$U=0.2\%FS$ ($k=2$)	数字压力控制器: 0.01 级	广东省计 量科学研 究院	2020.3.30	√
质量管理部	恒温干燥箱	90305004	GX-130	$U=0.5^{\circ}C$ $k=2$	温度巡检仪: $U=0.2^{\circ}C, k=2$	广东省计 量科学研 究院	2020.3.20	√
质量管理部	电子天平	22190763	BS2202S	Ⅲ级合格	砝码: E_2 等级; 砝码: F_1 等级;	广东省计 量科学研 究院	2020.3.20	√
质量管理部	立式压力蒸汽灭菌锅	20100S-56	YXQ-100S II	$U=0.3^{\circ}C$ $k=2$	无线温度压力记录仪: $U=0.10^{\circ}C, k=2$	广州市花 都质量监 督检测所	2020.6.2	√
质量管理部	集菌仪	QW20052 255	ZW-2008	$U=5r/min$ $k=2$	数字转速表: 0.1 级; 声级计: 2 级	广州计量 检测技术 研究院	2020.6.2	√
生产设备部	压缩空气流量计	特种手套 (NY004)	-----	$U=0.50\%$ $k=2$	多功能过程校验仪: 0.02 级	广州能源 检测研究 院	2020.6.28	√
生产设备部	压力表	20052807 8	(0~1) Mpa	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.05 级	广州市花 都质量监 督检测所	2020.8.18	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由生产设备部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由生产设备部保存。

根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 1 月 28 日

审核员签字:

陈松萍

部门代表签字:

2021.1.28