



编 号: 0060-2016-2021

不符合项报告

企业名称: 广州市百利文仪实业有限公司		不符合报告编号: 20210128	
企业下属部门: 制造部		陪同人员: 孙洋洋	
不符合事实描述: 未提供 2020 年 4 季度的测量设备计量确认监视记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003</u> 8.2.4 测量管理体系的监视 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>✓</u> ; 审核员(签名) <u>李进</u> 陪同人员(签名) <u>孙洋洋</u> 企业职能部门代表(签名) <u>李进</u> 日期:			
纠正措施: 1. 按计划进行监视记录; 2. 对相关人员进行培训; 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: <u>李进</u>			
纠正措施完成情况: <u>措施有效, 同意关闭.</u> 审核组代表签名: <u>李进</u> 日期:			

计量确认监视检查记录

编号: R/8.2.4-03

设备所在部门	品质中心	测量设备名称	洛氏硬度计
监督人	孙洋洋	监督日期	2021 年 1 月 29 日

测量设备监视检查记录:

内容包括:

1) 测量设备的校准/检定情况? 检查有关记录

洛氏硬度计 (编号 V-WY-42) 于 2020 年 10 月 20 日送检;

查检定报告编号: ZHLX202010200044

2) 测量设备的确认状态及确认记录;

计量确认合格 计量确认报告编号: 202010220531

3) 测量设备的使用环境;

常温常湿, 符合要求

4) 操作人员 (或有关管理人员) 的资质;

操作人员为检验员, 资质符合要求

检查结果:

合格