



编号: 0258-2019-2021

### 测量设备溯源抽查表

企业名称	山东恒驰石油装备有限责任公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	万能角度尺	HC-LJ010	(0~320)°	$\pm 2'$ $U=1' \quad k=2$	倾角仪 $U=1' \quad k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
质检部	外径千分尺	HC-LJ005	(0~25) mm	$U=1.0\mu m \quad k=2$	量块 4等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
质检部	内径百分表	HC-LJ008	(50~160) mm	$U=5\mu m \quad k=2$	光栅式指示表检定仪 $U=0.3\mu m \quad k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
质检部	洛氏硬度计	HC-LJ015	TH300	$U_i=0.2HRA \quad k=2$	标准硬度块	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
质检部	游标卡尺	HC-LJ001	(0~150) mm	$U=0.01mm \quad k=2$	量块 4等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
质检部	兆欧表	HC-LJ020	2500V/2500MΩ	$U: U_{rel}=0.2\%;$ $R: U_{rel}=3.2\%; \quad k=2$	数字高压表 $ACV: U_{rel}=0.33\% \quad k=2;$ $DCV: U_{rel}=0.16\% \quad k=2$ 兆欧表标准电阻器 $U_{rel}=0.15\% \quad k=2$	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.12.28	√
<p>审核综合意见:</p> <p>该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送检至, 具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 5 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书全部在有效期内。量值溯源符合文件要求。</p>								
<p>审核日期: 2021年1月25日—2021年1月26日上午</p>								
<p>审核员签字: </p>					<p>部门代表签字: </p>			

