



测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 济南迈克阀门科技有限公司 |          |               |                        |                                                     | 审核员          | 胡琳         |               |
|------|--------------|----------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 部门   | 测量设备名称       | 测量设备编号   | 型号规格          | 测量设备准确度等级              | 测量标准装置准确度等级                                         | 检定/校准机构      | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 品管部  | 量块           | 110112   | (10-291.8) mm | 4 等                    | 四等量块标准装置                                            | 济南市计量检定测试院   | 2019.8.2   | √             |
| 品管部  | 直读光谱仪        | 20006635 | SPECTRO MAXX  | U=0.002%-0.006%<br>K=2 | 碳素钢光谱分析用系列标准样品                                      | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √             |
| 品管部  | 金相显微镜        | 551247   | DM1750M       | U=2.0 μm<br>K=2        | 测微尺<br>Urel=1.3%(k=2)                               | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √             |
| 品管部  | 老化箱          | 104133   | DGG-104 BS    | U=0.4°C K=2            | 便携式温湿度记录仪<br>温度 U=0.06°C K=2<br>湿度:<br>U=1.6%RH K=2 | 浙江中溯计量检测有限公司 | 2021.1.8   | √             |
| 品管部  | 数显布氏硬度计      | 0015     | 210HBS-3000   | Urel=1.8 K=2           | 标准布氏硬度块 (0.3-1.5)                                   | 辽宁东测检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √             |
| 品管部  | 量块           | 79-37    | (5.12-100)    | 3 等量块                  | 二等量块标准装置                                            | 山东省计量科学研究院   | 2020.9.13  | √             |
| 品管部  | 压力表          | X020     | (0-6) Mpa     | 1.6 级                  | 数字压力计标准装置 0.05 级                                    | 平阴县计量检定所     | 2020.10.5  | √             |

## 审核综合意见:

公司未建标准器, 长度测量器具送交上级主管部门玖德集团检定, 其他测量设备全部送至山东省计量科学研究院, 辽宁东测检测技术有限公司、平阴县计量检定所、济南市计量检定测试院、检浙江中溯计量检测有限公司检定、校准, 抽查 7 台件测量设备, 符合量值溯源性管理的要求。

审核日期: 2021 年 1 月 30-31 日下午

审核员签字:

胡琳

部门代表签字:

程晓明

