



编号: 0223-2019-2021

## 测量设备溯源抽查表

企业名称	湖南子门电子科技有限公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
生产部	玻璃转子流量计	1900119	LZB-15	1.5 级	二等金属量器标准装置	湖南省计量检测研究院	2020.11.05	√
生产部	玻璃转子流量计	19020268	LZB-20	1.5 级	二等金属量器标准装置	湖南省计量检测研究院	2020.11.05	√
生产部	玻璃转子流量计	19040302	LZB-25	1.5 级	二等金属量器标准装置	湖南省计量检测研究院	2020.11.05	√
生产部	水表检定装置	0609	DN(15-25) mm	0.2 级	二等金属量器标准装置	湖南省计量检测研究院	2019.11.15 有效期 2021.11.14	√
生产部	压力表	19022783 7	(0-1.6) Mpa	1.6 级	标准压力表检定装置	湖南省计量检测研究院	2020.06.12	√
生产部	游标卡尺	ZM-KC-01	(0-150) mm	±0.02mm	5 等量块	浙江科鉴启真计量校准有限公司	2020.12.09	√
审核综合意见:								
公司已建立了水表检定装置, 测量设备全部送至湖南省计量检测研究院检定、校准, 抽查 6 台件测量设备, 溯源性符合的要求。								
审核日期: 2021 年 01 月 30 日 上午至 2021 年 01 月 30 日 下午 (共 1.0 天)								
审核员签字:			部门代表签字:					