



编号: 0018-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	西安高科新达混凝土有限责任公司					审核员	李学弘	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	全自动压力试验机	WAC07A 1904005 AA	DYE-2000S	1 级	0.3 级 标准测力仪	陕西省计量科学研究院	2020.6.10	√
质检部	微机伺服水泥抗折抗压试验机	WAC03A 1904044 AA	DYE-300	1 级	0.1 级 标准测力仪	陕西省计量科学研究院	2020.6.10	√
质检部	电子天平	0308351	KDE-300E	III级	E ₂ 等级砝码	陕西省能源化工产业 计量测试中心	2020.6.10	√
质检部	电子天平	42973	TD-10001B	III级	E ₂ 等级砝码	陕西省能源化工产业 计量测试中心	2020.6.10	√
生产部	电子计重台秤	1905055 1	ACS-JZ	III级	E ₂ F ₂ 等级砝码	陕西省能源化工产业 计量测试中心	2020.6.10	√
质检部	游标卡尺	0505282 7	0-150mm	±0.02mm	4 等量块	陕西精泰计量检测校准 有限责任公司	2020.6.10	√
质检部	万能角度尺	0408018 18	0-320℃	±2'	2 级角度块	陕西精泰计量检测校准 有限责任公司	2020.6.10	√
质检部	比长仪	2097	ISOBY-160 型	±0.03 mm	光栅指示表检 定仪 U=1.6μm	陕西精泰计量检测校准 有限责任公司	2020.6.10	√
质检部	电子天平	SHPO200 490919	FA2004	I 级	E ₂ 等级砝码	陕西省能源化工产业 计量测试中心	2020.6.10	√

审核综合意见:

企业未建立最高标准器, 所有测量设备均送至陕西省计量科学研究院、陕西省能源化工产业计量测试中心、陕西精泰计量检测校准有限责任公司检定/校准, 抽查 9 份测量设备, 量值溯源满足要求。

审核日期: 2021 年 02 月 01 日 上午至 2021 年 02 月 02 日 下午 (共 2.0 天)

审核员签字:

部门代表签字: