




测量设备溯源抽查表

编号: 0090-2021

企业名称	辽宁德蒙特科技有限公司					审核员	王勇	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	外径千分尺	30153	(25~50) mm	±4μm	三等量块	辽宁东测检测技术有限公司	2020年05月13日	√
质检部	深度尺	1170	(0~500) mm	±0.05mm	四等量块	辽宁东测检测技术有限公司	2020年05月13日	√
质检部	游标卡尺	0505	(0~150) mm	±0.03mm	四等量块	辽宁东测检测技术有限公司	2020年05月13日	√
质检部	游标卡尺	3239	(0~300) mm	±0.04mm	四等量块	辽宁东测检测技术有限公司	2020年05月13日	√
质检部	外径千分尺	86230	(75~100) mm	±5μm	三等量块	辽宁东测检测技术有限公司	2020年05月13日	√
质检部	压力表	101131090	(0~6) MPa	1.6 级	数字压力计 0.05 级	辽宁东测检测技术有限公司	2021年01月13日	√
质检部	电阻温度仪	211015	ZNX-RTA	U=0.2℃ (k=2)	直流电阻箱 0.01 级	辽宁东测检测技术有限公司	2020年09月24日	√
质检部	多路振动测量仪	211016	ZNX-ZD6	U _{rel} =2.0% (k=2)	标准振动台 U _{rel} =(2~3)% (k=2)	辽宁东测检测技术有限公司	2020年09月24日	√
审核综合意见: 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备均送至具有相应资质的计量技术机构进行检定/校准,抽查企业8份测量设备检定/校准证书,检定/校准证书全部在有效期内,量值溯源符合文件要求。								
审核日期: 2021 年 02 月 08 日 审核员签字:  部门代表签字: 王世泉								