



编号: 0100-2021

不符合项报告

企业名称: 江苏汇环环保科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 薛莲
不符合事实描述: 检查质检部的《测量过程及控制一览表》, 未将 HJ 76-2017《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》标准中 5.3.1 条款: 绝缘电阻 “系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于 20MΩ” 的顾客要求识别出来。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>薛莲</u> 企业部门代表(签名) <u>王志成</u> 日期: <u>2021.2.24</u>	
纠正措施: 1. 把 绝缘电阻 测量过程列入《测量过程控制一览表》中。 2. 举一反三, 重新检查产品标准中测量过程是否识别齐全。 企业部门代表签名: <u>王志成</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>	
纠正措施完成情况: 企业已经在现场将不符合项整改完成, 经验证整改有效, 同意不符合项整改关闭。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: <u>2021.2.24</u>	

可另附页