



编号: 0096-2021


测量设备溯源抽查表

企业名称	重庆聚一实业有限公司					审核员	张龙光	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量技术部	游标卡尺	5806031328	0-150mm	±0.02mm	量块4等	重庆市计量质量检测研究院	2020.8.13	√
质量技术部	外径千分尺	G164902	(25-50)mm	±0.004mm	量块4等	重庆市计量质量检测研究院	2020.11.9	√
质量技术部	钢卷尺	01	5m	±1mm	标准钢卷尺 U=10 μm+1.0×10 ⁵ L, k=2	重庆市计量质量检测研究院	2020.9.11	√
质量技术部	游标卡尺	254628	0-300mm	±0.04mm	量块4等	沈阳计量测试院	2020.10.20	√

审核综合意见:

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的重庆市计量质量检测研究院等进行检定/校准, 抽查 4 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 2 月 19 日

审核员签字: 

部门代表签字: 