



测量设备溯源抽查表

编号: 0024-2020--2021

企业名称	东营金丰正阳科技发展有限公司					审核员	姜丽	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	绝缘电阻表	16126679	ZC25-3	$R: U_{rel}=1.2\% k=2$ $U: U_{rel}=1.2\% k=2$	数字万用表/ $U_{rel}=0.01\%, k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√
生产部	试验探棒	CX15061601	CX-3C	$U=0.02mm, k=2$	数显卡尺/ $U=0.01mm, k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√
生产部	接地电阻测量仪	RK2678X	RK78X-BD AD004	$U_{rel}=1.2\%, k=2$	模拟交流标准电阻器 / $U_{rel}=0.05\%, k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√
生产部	耐压测试仪	04078	RK2672DM	$MPE: \pm 0.1kV$	数字高压表/ $U_{rel}=0.33\%, k=2$	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√
生产部	扭矩扳手	370412002	SNB-10 (1/4)	$U_{rel}=1.3\% k=2$	扭矩扳子检定仪/1.0级	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√
生产部	游标卡尺	1216861	(0~150) mm	$\pm 0.02mm$	量块/4等	深圳市东华计量检测技术有限公司	2020. 6. 10	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准, 抽查 6 份测量设备检定/校准证书, 检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021 年 2 月 21 日

审核员签字:

部门代表签字: