测量设备溯源抽查表

编号: <u>0017-2020-2021</u>

企业名称	东营市宇	航工贸有限责		审核员	姜丽			
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号 规格	测量设备 准确度等级 /最大允许 误差/测量 不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准 日期	符合打 √ 不符合打×
生产部	IP30 试 验探棒	CX190920 3	СХ-ТЗС	U=0,02mm, k=2	数显卡尺 <i>U=0,01mm</i> , <i>k</i> =2/力值法 吗	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	√
生产部	扭力扳 手	WS2-030- 16000278	30N. m	U _{rel} =1.3%, k=2	扭矩扳子检 定仪/1.0 级	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	√
生产部	IP54 试 验探棒	CX190920 6	CX-T4D	U=0,02mm, k=2	数显卡尺 U=0,01mm, k=2/力值法 吗	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	√
生产部	万用表	09579960 2	VC890D	DCV= <i>U</i> _{rel} =0. 12%; <i>k</i> =2 ;DCA: <i>U</i> _{rel} =0. 15%; <i>k</i> =2	多功能校准 仪 /DCV=U _{rel} =0 .0004%;DCA U _{rel} =0.0013 %;k=2	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	√
生产部	程控接 地电阻 测量仪	1920504	CC2521	±5mΩ	标准电阻器 U _{rel} =0.05%, k=2	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	√
生产部	绝缘电 阻表	19072550	ZC25-4	U _{rel} =1,2%, k=2	数字万用表 U _{rel} =0.003% , k=2 高祖 箱 U _{rel} =0.006% , k=2	深圳市东华计量检测技术有限公司	2021. 1. 9	√

生产部	游标卡尺	S2100262	0-150mm	±0.02mm	量块/4 等、	深圳市东华计 量检测技术有 限公司	2021. 1. 9	J
-----	------	----------	---------	---------	---------	-------------------------	------------	---

审核综合意見:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告,进行评价,说明理由)

该公司未建立最高计量标准,所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准,抽查7份测量 设备检定/校准证书,检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2021年2月23日

审核员签字:



