


编号: 0017-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营市航宇工贸有限责任公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 郭晓宇
不符合事实描述: 生产部提供的计量确认验证记录中缺少编号: WB2672A131333 耐压试验仪的计量确认验证记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 条款中关于“适用时, 计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。应保持并可获得这些记录。”的规定要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.1.4 条款 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u> 企业部门代表(签名) <u></u> 日期: 2021. 2. 23	
纠正措施: 1 停止使用, 对编号: WB2672A131333 耐压试验仪, 依据校准证书给出结论进行有效性验证, 验证合格后投入使用。 2. 生产部组织技术人员加强对 GB/T 19022-2003 标准的 7.1.4 条款针对性培训。举一反三对目前使用的其他设备进行核查验证。并做好记录。 企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u>	
纠正措施完成情况: 整改措施已落实, 验证有效 审核组代表签名: <u></u> 日期: 2021. 2. 23	

可另附页